

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ
С-ГШР/23-09-2024/373002708

Действительно до 22 сентября 2028 г.

Средство измерений: Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-02

регистрационный номер в Госреестре: 23195-11
заводской (серийный) номер: 162092
в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует
поверено: в полном объеме
в соответствии с: РБЯК.400880.036 РЭ раздел 8, утверждён ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ
им.Д.И.Менделеева" 14.12.2010 г.

с применением эталонов:
СТЕНД СКС6 №1233 (17567.09.1Р.01089754 | 17567.09.РЭ.01089755)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха 23,4 °C
относительная влажность 53,7 %
атмосферное давление 101,5 кПа

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки :



Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы

Виленская О. Н.

2 000000 926360

23 сентября 2024 г.



Приложение: протокол поверки от 23 сентября 2024 г.

№

92636

на 1 листе

Метрологические характеристики соответствуют указанным в описании типа средства измерений, зарегистрированном в Государственном реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
№ 23195-11

Средства измерения, применяемые при поверке:
Термогигрометр ИВА-6Н-Д (№21908, Гос. реестр 46434-11)

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-373002708>

692519, Россия, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Володарского д.9
тел.: 8 (4234) 24-24-00; 271-331; 270-330
E-mail: CMK125@mail.ru; RMK125@mail.ru
www.primteplo.ru

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ
С-ГШР/19-09-2024/372135694

Действительно до 18 сентября 2028 г.

Средство измерений: Комплект термопреобразователей сопротивления
КТСП-Н Pt100

регистрационный номер в Госреестре: 38878-08
заводской (серийный) номер: 20476

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует
поверено: в полном объеме
в соответствии с: МП.ВТ.047-2002 согласованная ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС", 2006 г.

с применением эталонов:


АСПТ №2893420 (19973.06.3P.01041332 | 19973.06.4P.00220670 | 19973.06.1P.00220669),
ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М1 №21-6006L (80030.20.2P.00863630), ПТСВ-4-2 №2509 (32777.06.2P.01039550 |
32777.06.2P.01039551), ПТСВ-3-3 №3049 (32777.06.3P.00842421 | 32777.06.3P.00842422)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха 23,0 °C
относительная влажность 53,9 %
атмосферное давление 100,8 кПа

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки:



Поверитель (инженер-метролог): Цырульников А. В.

Начальник метрологической службы

Виленская О. Н.

2 000000 924175

19 сентября 2024 г.



МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ
С-ГШР/19-09-2024/372135694

Действительно до 18 сентября 2028 г.

Средство измерений: Комплект термопреобразователей сопротивления
КТСП-Н Pt100

регистрационный номер в Госреестре: 38878-08

заводской (серийный) номер: 20476

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в полном объеме

в соответствии с: МП.ВТ.047-2002 согласованная ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС", 2006 г.

с применением эталонов:

АСПТ №2893420 (19973.06.3Р.01041332 | 19973.06.4Р.00220670 | 19973.06.1Р.00220669),
ЭЛЕМЕР-КТ-500К/М1 №21-6006L (80030.20.2Р.00863630), ПТСВ-4-2 №2509 (32777.06.2Р.01039550 |
32777.06.2Р.01039551), ПТСВ-3-3 №3049 (32777.06.3Р.00842421 | 32777.06.3Р.00842422)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха 23,0 °С

относительная влажность 53,9 %

атмосферное давление 100,8 кПа

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки:



Поверитель (инженер-метролог): Цырульников А. В.

Начальник метрологической службы

Виленская О. Н.

2 000000 924175

19 сентября 2024 г.

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ
С-ГШР/23-09-2024/372526277

Действительно до 22 сентября 2028 г.

Средство измерений: Преобразователь расхода электромагнитный
ПРЭМ

регистрационный номер в Госреестре: 17858-11

заводской (серийный) номер: 440106

в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует

поверено: в полном объеме

в соответствии с: РБЯК.407111.039 МП утвержденный 05.03.2011

с применением эталонов:

ТАЙФУН №030 (3.7.АИЩ.0001.2022)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха	23,4 °C	атмосферное давление	101,5 кПа
температура воды	22,7 °C	напряжение питания	12,0 В
относительная влажность	53,7 %		


На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки :

Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы

Виленская О. Н.



2 000000 926025

23 сентября 2024 г.



Приложение: протокол поверки от 23 сентября 2024 г.

№

92602

на 1 листе

Метрологические характеристики соответствуют указанным в описании типа средства измерений, зарегистрированном в Государственном реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений № 17858-11

Средства измерения, применяемые при поверке:

Мультиметр цифровой DT-9963 (№200414074, Гос. реестр 58550-14),
Термогигрометр ИВА-6Н-Д (№21908, Гос. реестр 46434-11)

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-372526277>

692519, Россия, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Володарского д.9
тел.: 8 (4234) 24-24-00; 271-331; 270-330
E-mail: CMK125@mail.ru; RMK125@mail.ru
www.primteplo.ru

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РИМЕЙК»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.311565

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВЕРКИ
С-ГШР/23-09-2024/372526276

Действительно до 22 сентября 2028 г.

Средство измерений: Преобразователь расхода электромагнитный
ПРЭМ

регистрационный номер в Госреестре: 17858-11
заводской (серийный) номер: 440129
в составе: -

номер знака предыдущей поверки: отсутствует
поверено: в полном объеме
в соответствии с: РБЯК.407111.039 МП утвержденный 05.03.2011


с применением эталонов:
ТАЙФУН №030 (3.7.АИЩ.0001.2022)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура воздуха	23,4 °C	атмосферное давление	101,5 кПа
температура воды	22,7 °C	напряжение питания	12,0 В
относительная влажность	53,7 %		

На основании результатов периодической поверки признано пригодным к
применению.

Знак поверки :



Поверитель (инженер-метролог): Пономарчук М. В.

Начальник метрологической службы

Виленская О. Н.

2 900000 926018

23 сентября 2024 г.



Приложение: протокол поверки от 23 сентября 2024 г.

№

92601

на 1 листе

Метрологические характеристики соответствуют указанным в описании типа средства измерений, зарегистрированном в Государственном реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений № 17858-11

Средства измерения, применяемые при поверке:
Мультиметр цифровой DT-9963 (№200414074, Гос. реестр 58550-14),
Термогигрометр ИВА-6Н-Д (№21908, Гос. реестр 46434-11)

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:
<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-372526276>

692519, Россия, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Володарского д.9
тел.: 8 (4234) 24-24-00; 271-331; 270-330
E-mail: CMK125@mail.ru; RMK125@mail.ru
www.primteplo.ru